



Warszawa dnia 02.11.2015

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### KUPUJĄCY:

**Braster S.A.**  
Szeligi, ul. Cichy Ogród 7  
**05-850 Ożarów Mazowiecki**  
Tel. 22 295 03 50  
e-mail: [m.swiecicka@braster.eu](mailto:m.swiecicka@braster.eu)

### Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Komora świetlna do stanowiska kontroli jakości mieszanin ciekłokrystalicznych

#### Specyfikacja:

- Minimum cztery źródła światła:
  - 6500K (CIE D65) lub 5000K (CIE D50)
  - żarowe A (2856K)
  - UV
- regulowana jasność w oparciu o normy ASTM lub specyfikację użytkownika
- wbudowane czujniki oraz system autokalibracji
- skalibrowane źródło UV
- certyfikowane źródła światła
- filtry, specjalne odbłyśniki oraz dyfuzory odpowiedzialne ze optymalną propagacją światła

#### Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- Nazwę i adres oferenta
- Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- Wartość oferty netto / brutto w PLN
- Termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji.

**Termin składania ofert upływa w dniu**

**2015.11.08**

Osoba kontaktowa:  
**Marcin Trzyna**  
tel. +48 783 989 911  
e-mail: [m.trzyna@braster.eu](mailto:m.trzyna@braster.eu)